

Số ~~1940~~/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~02~~ tháng ~~8~~ năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp gang tay không bột, các cỡ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-BVĐHYD ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp gang tay không bột, các cỡ;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp gang tay không bột, các cỡ và Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-TTĐ ngày ~~30~~ tháng 7 năm 2021 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp gang tay không bột, các cỡ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp gang tay không bột, các cỡ với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH DP và TM Phú Tài;
- Giá trúng thầu: 7.784.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng);

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu: Danh mục chi tiết đính kèm
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Đơn vị soạn thảo (J06-026-nnminh) (8)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Bắc



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ SẢN PHẨM TRÚNG THẦU
(Đính kèm Quyết định số 1940 /QĐ-BVĐHYD ngày 02 tháng 8 năm 2021)

1. Tên nhà thầu: Công ty TNHH DR và TM Phú Tài (Mã HSDT: 5)

STT	Stt theo nhà thầu	Thông tin của HSMT			Thông tin của sản phẩm dự thầu						Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
		Stt theo HSMT	Tên hàng	Nhóm TT14	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính			
1	1	1	Găng tay sạch không bột, các cỡ	5	Găng tay sạch không bột, các cỡ Đhgloves	Găng tay sạch không bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay se viền, màu cao su tự nhiên. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Trọng lượng (g) : 5,2gr ± 0,2 - Chiều dài: tối thiểu 240 mm - Độ dài lòng bàn tay: tối thiểu 85-110mm - Độ dài ngón tay: tối thiểu 13± 3mm - Độ dày cổ tay: tối thiểu 0,10 mm - Cổ tay se viền - Đặc tính: Sức căng trước khi giả hóa tối thiểu 18.0 Mpa, sau khi giả hóa tối thiểu 14 Mpa, Độ giãn dài tối thiểukhi đứt trước khi giả hóa 650%, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi giả hóa 500% + Hàm lượng Protein ≤ 200µg/ g + Hàm lượng bột ≤ 2mg/ dm2 + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Công ty cổ phần găng tay Bình Phước	Việt Nam	Hộp/ 50 đôi	Đôi	2.800.000	2.780	7.784.000.000
Tổng cộng		1	danh mục									Giá trị:	7.784.000.000

(Signature)



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ THẦU VÀ SẢN PHẨM KHÔNG ĐÁP ỨNG

(Đính kèm Quyết định số 1940/QĐ-BVĐHYD ngày 02 tháng 8 năm 2021)

1. Tên nhà thầu:				Thông tin của sản phẩm dự thầu							Lý do không đạt
STT	Stt theo nhà thầu	Stt theo HSMT	Tên hàng	Nhóm TT14	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	
1	1	1	Găng tay sạch không bột, các cỡ	5	Găng tay sạch không bột, các cỡ GKT	Găng tay sạch không bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay se viền, màu cao su tự nhiên. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Trọng lượng (g) : 5,2gr ± 0,2 - Chiều dài: tối thiểu 240 mm - Độ dài lòng bàn tay: tối thiểu 85-110mm - Độ dài ngón tay: tối thiểu 13± 3mm - Độ dày cổ tay: tối thiểu 0,10 mm - Cổ tay se viền - Đặc tính: Sức căng trước khi già hóa tối thiểu 18.0 Mpa, sau khi già hóa tối thiểu 14 Mpa, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa 650%, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa 500% + Hàm lượng Protein ≤ 200µg/ g + Hàm lượng bột ≤ 2mg/ dm2 + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Merufa	Việt Nam	Hộp/ 50 đôi	Đôi	Không đạt bước đánh giá về kỹ thuật
Tổng cộng		1	danh mục								

2. Tên nhà thầu:		Công ty CP TBYT và CN Hải Cường		Thông tin của sản phẩm dự thầu							Lý do không đạt
STT	Stt theo nhà thầu	Stt theo HSMT	Tên hàng	Nhóm TT14	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	
2	2	1	Găng tay sạch không bột, các cỡ	4	Găng tay sạch không bột, các cỡ ASAP 1003x	Găng tay sạch không bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay se viền, màu cao su tự nhiên. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Trọng lượng (g) : 5,2gr ± 0,2 - Chiều dài: tối thiểu 240 mm - Độ dài lòng bàn tay: tối thiểu 85-110mm - Độ dài ngón tay: tối thiểu 13± 3mm - Độ dày cổ tay: tối thiểu 0,10 mm - Cổ tay se viền - Đặc tính: Sức căng trước khi già hóa tối thiểu 18.0 Mpa, sau khi già hóa tối thiểu 14 Mpa, Độ giãn dài tối thiếukhi đứt trước khi già hóa 650%, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa 500% + Hàm lượng Protein ≤ 200µg/ g + Hàm lượng bột ≤ 2mg/ dm2 + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	ASAP	Malaysia	Hộp/ 50 đôi	Đôi	Không đạt bước đánh giá về kỹ thuật
Tổng cộng		1	danh mục								

3. Tên nhà thầu: Công ty TNHH TMDV KT Hoàng Lộc					Thông tin của sản phẩm dự thầu					Lý do không đạt
STT	Stt theo nhà thầu	Stt theo HSMT	Tên hàng	Nhóm TT14	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính

Handwritten signature/initials

1	3	1	Găng tay sạch không bột, các cỡ	4	Găng tay sạch không bột, các cỡ GloveOn Innova	Găng tay sạch không bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay se viền, màu cao su tự nhiên. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Trọng lượng (g) : 5,2gr ± 0,2 - Chiều dài: tối thiểu 240 mm - Độ dài lòng bàn tay: tối thiểu 85-110mm - Độ dài ngón tay: tối thiểu 13± 3mm - Độ dày cổ tay: tối thiểu 0,10 mm - Cổ tay se viền - Đặc tính: Sức căng trước khi già hóa tối thiểu 18.0 Mpa, sau khi già hóa tối thiểu 14 Mpa, Độ giãn dài tối thiềukhi đứt trước khi già hóa 650%, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa 500% + Hàm lượng Protein ≤ 200µg/ g + Hàm lượng bột ≤ 2mg/ dm2 + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hartalega	Mã Lai	Hộp/ 50 đôi	Đôi	Xếp hạng 3
Tổng cộng		1	danh mục								

4. Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Phúc Bảo Châu

STT	Stt theo nhà thầu	Thông tin của HSMT			Thông tin của sản phẩm dự thầu						Số lượng
		Stt theo HSMT	Tên hàng	Nhóm TT14	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	
1	4	1	Găng tay sạch không bột, các cỡ	5	Găng tay sạch không bột, các cỡ KHPFEX	Găng tay sạch không bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay se viền, màu cao su tự nhiên. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Trọng lượng (g) : 5,2gr ± 0,2 - Chiều dài: tối thiểu 240 mm - Độ dài lòng bàn tay: tối thiểu 85-110mm - Độ dài ngón tay: tối thiểu 13± 3mm - Độ dày cổ tay: tối thiểu 0,10 mm - Cổ tay se viền - Đặc tính: Sức căng trước khi già hóa tối thiểu 18.0 Mpa, sau khi già hóa tối thiểu 14 Mpa, Độ giãn dài tối thiềukhi đứt trước khi già hóa 650%, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa 500% + Hàm lượng Protein ≤ 200µg/ g + Hàm lượng bột ≤ 2mg/ dm2 + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn	Việt Nam	Hộp/ 50 đôi	Đôi	Xếp hạng 2
Tổng cộng		1	danh mục								

mp