

Số: 1790/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm
lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BVĐHYD ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt danh mục, số lượng, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT;

Theo đề nghị của Phòng Vật tư thiết bị tại Tờ trình số 796/TTr-VTTB ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công Ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & dịch vụ kỹ thuật Ngày Mai;
- Giá trúng thầu: . 98.600.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, sáu trăm ngàn đồng);
Giá đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.
- Danh mục trúng thầu:

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Dụng cụ lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp - Đặc tính kỹ thuật:	Cái	2.900	34.000	98.600.000

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	+ Lọc vi khuẩn (ở mức 30L/ phút): 99,999980% + Lọc virus (ở mức 30L/ phút): 99,999909% + Trở kháng dòng khí: 92,0 Pa/l/s ở mức 14 l/s + Không gian trong lọc: 70ml + Đầu lắp vào máy có đường kính trong 45mm, đường kính ngoài 48mm + Phương pháp lọc: tĩnh điện và cơ học + Màng lọc: hỗn hợp Acrylic tích điện với lớp bảo vệ polypropylene 2 mặt + Vỏ ngoài: polyethylene mật độ cao (HDPE) + Đầu ngậm vào miệng của dụng cụ lọc hình oval - Hãng/ Nước SX: Medical Respiratory Devices S.L (M.R.D)/ Spain - Hãng/ Nước chủ sở hữu: Medical Respiratory Devices S.L (M.R.D)/ Spain - Mã hàng: 1223/100 - Phân loại TTBYT: B - Phân nhóm theo Thông tư 04: 3 - Số lưu hành: 220002137/PCBB-HCM ngày 22/6/2022 - Hạn sử dụng trên 6 tháng				
	Tổng cộng:				98.600.000

- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý Đấu thầu, Trưởng Phòng Vật tư thiết bị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *Tên*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTB (B11-144-nvdung) (03).



Handwritten signature/initials