

Số: 2041/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop, cỡ 7,5 Fr

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BVĐHYD ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt danh mục, số lượng, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà mua sắm bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop, cỡ 7,5 Fr ;

Theo đề nghị của Phòng Vật tư thiết bị tại Tờ trình số 902/TTr-VTTB ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop, cỡ 7,5 Fr .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop, cỡ 7,5 Fr , với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia;
- Giá trúng thầu: **82.000.000 VND** (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu đồng);
Giá đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.
- Danh mục trúng thầu:

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Bóng đối xung động mạch chủ Linear các cỡ Đặc tính kỹ thuật: - Giảm kích cỡ mặt cắt ngang của catheter đi 12% so với catheter cỡ 8 Fr - Kích cỡ catheter nhỏ hơn giúp tăng	Cái	4	20.500.000	82.000.000

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	dòng máu chảy đến các chi xa - Giảm thiểu kích thước của vết mổ động mạch - Giảm lực đặt catheter đi 43% so với các catheter khác - Chất liệu: • Toàn bộ chất liệu chế tạo bóng và catheter phù hợp với tiêu chuẩn tương thích sinh học ISO. • Cả catheter và bộ dụng cụ đi kèm không chứa cao su (latex) - Đóng gói một lớp (Single pouch), có lớp xé ở góc (Corner peel) - Chỉ dùng một lần - Thời gian sử dụng 3 năm kể từ ngày đóng gói tiệt trùng - Bảo quản ở nhiệt độ 25°C - Bao gồm: kim chọc, dây dẫn đường (Guidewire), bộ nong các kích cỡ, catheter, ống chích, khóa Stopcock ba ngã (Three – way stopcock) - Đường kính catheter 7,5 Fr - Có 3 kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: • Loại 40cc dùng cho người có chiều cao từ 162 cm – 183 cm • Loại 34cc dùng cho người có chiều cao 152 cm – 162 cm • Loại 25cc dùng cho người có chiều cao < 152 cm - Hãng/ Nước sản xuất: Datascope Corporation/ Mỹ - Hãng/ Nước chủ sở hữu: Datascope Corporation/ Mỹ - Quy cách đóng gói: Hộp/ Cái - Mã hàng: • 0684 – 00 – 0478 - 01 • 0684 – 00 – 0479 - 01 • 0684 – 00 – 0480 - 01 - Phân loại TTBYT: D - Phân nhóm theo Thông tư 14: 3 - Giấy phép nhập khẩu số 13293NK/BYT-TB-CT ngày 25/07/2019. - Mã vật tư theo Quyết định 5086: N07.01.240.1766.175.0001;				

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Tổng cộng:				82.000.000

- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý Đầu thầu, Trưởng Phòng Vật tư thiết bị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTB (J22-249-nnthuy) (03).



Nguyễn Hoàng Bắc



moa