

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn, minh.pd@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 31 / 12 / 2021

- Điện thoại liên hệ: 028.3952.5012 (CN. Phạm Đức Minh - Phòng Vật tư thiết bị). *VD*

Trân trọng. *VD*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh) (3).

KT. GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 3435/BVĐHYD-VTTB ngày 31/12/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Đầu dò tim đa tần số	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Tương thích với máy siêu âm tim (Model: P500, SN 392367, HSX: Siemens) Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng Dải tần số: từ ≤ 1.5 đến ≥ 4 Mhz Tần số 2D tối thiểu có 3 mức Tần số ở chế độ hòa âm mô tối thiểu có 3 mức Tần số Doppler màu tối thiểu có 3 mức Tần số song xung tối thiểu có 3 mức Số chấn tử ≥ 60 Tiết diện tiếp xúc: ≤ 18 mm Trường quét tối đa ≥ 90 độ	Cái	01	
2	Sửa chữa máy chụp X-quang nha Max GLS	Thay dầu cách điện cao thế Thay cuộn đốt tim đèn X-quang Xử lý cách điện cuộn cao thế Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng	Gói	01	
3	Điều khiển bàn mổ tương thích với bàn mổ (Model: ST220 của hãng Sturdy)	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng Điều khiển các chức năng hoạt động của bàn	Cái	01	
4	Điều khiển bàn mổ tương thích với bàn mổ (Model: BenQ của hãng Drmax 7000SK)	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng Điều khiển các chức năng hoạt động của bàn	Cái	01	
5	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim HD11	Bảng mạch kết nối tất cả các đường dẫn dữ liệu giữa bảng mạch TR, MC và SPB: - Điểm phân phối nguồn DC và nối đất cho tất cả các bo mạch - Bộ nguồn chính cung cấp điện áp cho 5 đầu dò	Gói	01	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Bảng mạch cung cấp các bộ lọc và ống định nguồn trước khi cấp nguồn cao áp sang bảng TR Bo mạch kết nối với: - Một phần bảng mạch phân phối tín hiệu - Bốn bo mạch truyền và nhận tín hiệu (TR) - Bo xử lý tín hiệu - Bảng mạch điều khiển động cơ trong đầu dò 3D Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng			
6	Sửa chữa hệ thống cung cấp và theo dõi khí NO (Model: NoxBOxi, HSX: NoxBox)	Thay thế bơm khí NO Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng	Gói	01	
7	Sửa chữa tay cửa lắc dọc tương thích với máy khoan IPC	Sửa chữa bộ giữ lưới của cửa tay cửa lắc dọc (Sn: P07533946; Hãng: Medtronic/Mỹ)	Gói	01	