

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 586/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Hệ thống thiết bị dùng trong thăm khám Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 12. / 04. / 2021

- Điện thoại liên hệ: 028.39525392 (Ks. Nguyễn An Duy - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (3).



GIÁM ĐỐC

**Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc**

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số ...586.../BVĐHYD-VTTB ngày 05/4/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống thiết bị dùng trong thăm khám Tai Mũi Họng	Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm	Hệ thống	4	



Handwritten signature

PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số ...588.../BVĐHYD-VTTB ngày 05/4/2021)

1. HỆ THỐNG THIẾT BỊ DÙNG TRONG THĂM KHÁM TAI MŨI HỌNG

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2020 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485 hoặc tương đương.
- Thuộc phân nhóm thiết bị tối thiểu: nhóm 6.
- Điện áp sử dụng: 220 V, 50Hz.
- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

Hệ thống thiết bị dùng trong thăm khám Tai Mũi Họng và bộ phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

1. Hệ thống thiết bị dùng trong thăm khám Tai Mũi Họng			01	Hệ thống
Bàn khám	01	Cái		
Ghế người bệnh	01	Cái		
Ghế bác sỹ	01	Cái		
2. Phụ kiện kèm theo gồm:			01	Bộ
Bàn khám				
Thân máy chính	01	Cái		
Đèn khám và tay đỡ	01	Cái		
Cột đèn	01	Cái		
Đèn bút	01	Cái		
Máy hút dịch	01	Bộ		
Đầu hút dịch	04	Cái		
Bình chứa dịch thải chính 3.000 cc	01	Cái		
Bình chứa dịch thải phụ 1.500 cc	01	Cái		
Bình chứa dịch ngưng 250 cc	01	Cái		
Bộ phun thuốc loại thẳng	02	Bộ		
Bộ phun thuốc loại cong	01	Cái		
Khay đựng dụng cụ có nắp	01	Cái		
Máy nén khí	01	Cái		

V T E
VIỆN
CYDIA
CHÍNH
T P. H

Bảng điều khiển hệ thống (Cảm ứng)	01	Cái		
Hộp đựng đồ thải kép gắn bên phải máy	02	Cái		
Ca đựng bông gòn 79 mm có nắp	02	Cái		
Ca đựng bông gòn 79 mm không nắp	01	Cái		
Thiết bị chống mờ đầu soi	01	Cái		
Lọ đựng thuốc 3 màu	04	Cái		
Ghế người bệnh				
Bộ điều khiển nâng hạ ghế bằng chân	01	Bộ		
Tựa đầu có lót đệm	01	Cái		
Tay vịn có lót đệm	02	Cái		
Phần tựa lưng có lót đệm	01	Cái		
Đế chân	01	Cái		
Ghế bác sỹ				
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt và tiếng Anh			01	Bộ

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Bàn khám:

- Kích thước bàn khám trong khoảng: 1.055 (chiều rộng) x 570 (đường kính) x 800 (chiều cao) mm
- Hệ thống hút dịch:
- Bơm chân không không dầu công suất tối đa $\geq 250W$, 100L/ phút, tại áp suất 680mm Hg
- Hệ thống phun thuốc:
- Máy nén khí không dầu có công suất tối đa $\geq 60W$, 10L/ phút, tại áp suất 2,5 Kg/cm²
- Thiết bị chống mờ sương: Loại bỏ sương mù trên đầu nội soi
- Mặt bàn khám có làm bằng kính cường lực nhân tạo
- Bảng điều khiển cảm ứng: Các bộ phận được điều khiển bằng cảm ứng

2. Ghế khám:

- Hệ thống nâng hạ bằng thủy lực điều khiển bằng motor điện
- Phần lưng ghế có thể ngả lưng trong khoảng: 85 độ đến 180 độ
- Ghế có chức năng xoay tròn 340 độ để chọn vị trí thích hợp
- Phần đệm gối đầu có thể điều chỉnh
- Khung ghế được sản xuất bằng vật liệu không gỉ
- Mặt ghế bọc nệm loại mặt trơn không nếp gấp dễ vệ sinh ghế.
- Công suất tối đa $\geq 800W$

- Tay vịn: xoay tay 360 độ
- Điều chỉnh nâng hạ độ cao khoảng cách 230 mm
- Chiều cao trong khoảng : 540mm đến 1.230mm
- Đường kính bộ đỡ khoảng: 595 mm
- Tự động về tư thế nghỉ bằng một thao tác
- Tải trọng tối đa ≥ 120 kg
- Có bộ điều khiển hành trình bằng chân: Điều chỉnh hành trình nâng-hạ, dốc-ngả

3. Ghế bác sỹ:

- Độ lệch khi nâng, hạ trong tối đa: $150\text{mm} \pm 10\%$
- Chiều cao trong khoảng: 520 - 670mm
- Đường kính chỗ ngồi khoảng: 370mm xoay được 360 độ
- Chất liệu: bọc đệm ghế bằng da, trục ghế làm từ thép chống gỉ.



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.