

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 4553/BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 15/8/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J17-092-nnlan) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1553../BVĐHYD-VTTB ngày 28../...../2022)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực (TK-CS)	Chi tiết trong Phụ lục II	Cái	01
2	Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực (CTCH)	Chi tiết trong Phụ lục II	Cái	01

PHỤ LỤC II

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số 1553../BVĐHYD-VTTB ngày 28../.../2022)

1. BÀN MỎ ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN THỦY LỰC (TK-CS)

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
- Điện áp 220-240V, 50Hz.
- Nhà thầu dự thầu có giấy uỷ quyền bán hàng thỏa theo Thông tư 14/2020/TT-BYT.
- Thuộc phân nhóm thiết bị tối thiểu: Nhóm 6.
- Môi trường hoạt động:
 - Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
 - Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Bàn mỏ đa năng điều khiển điện thủy lực và bộ phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho một thiết bị, bao gồm:

TT	Mô tả	Số lượng	ĐVT
1	Thân bàn bao gồm cột trụ bàn, mặt bàn thấu xạ; mặt bàn có thể trượt dọc	1	Bộ
2	Bảng điều khiển cầm tay có cáp nối và bảng điều khiển phụ trên trụ bàn	1	Bộ
3	Khung chắn màn gây mê kèm gá kẹp	1	Bộ
4	Bộ đỡ lưng, kèm nệm	1	Bộ
5	Bộ đỡ đầu, nghiêng được, kèm nệm	1	Bộ
6	Bộ đỡ tay có nệm (2 cái/01 bộ)	1	Bộ
7	Bộ đỡ chân, có thể tách rời, kèm nệm	1	Bộ
8	Ắc quy tích hợp sẵn trong trụ bàn	1	Bộ
9	Dây cáp nguồn	1	Bộ
10	Khung đỡ bệnh nhân cho phẫu thuật cột sống	1	Cái
11	Gối đầu tư thế nằm sấp	1	Cái
12	Bộ tiếp hợp gắn vào ray bàn mổ	1	Bộ
13	Khung gá sọ tư thế ngồi bao gồm:	1	Bộ
13.1	Khung gá sọ tư thế ngồi	1	Cái

13.2	<i>Kẹp lắp bộ khung gá sọ vào bàn mổ</i>	2	Cái
14	Khung gá sọ tư thế nằm bao gồm:		
14.1	<i>Bệ giá đỡ cơ sở của khung gá sọ</i>	1	Cái
14.2	<i>Khớp xoay đa chiều</i>	1	Cái
14.3	<i>Chấu cố định sọ, dùng cho người lớn</i>	3	Cái
14.4	<i>Chấu cố định sọ, dùng cho trẻ em</i>	3	Cái
14.5	<i>Giá đỡ đầu hình móng ngựa</i>	1	Cái
14.6	<i>Khung cố định các chấu cố định sọ vào sọ</i>	1	Cái
15	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì tiếng Việt và tiếng Anh	1	Bộ

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Đặc tính chung thân bàn

- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.
 - Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ ≤ 600 mm đến ≥ 950 mm
 - Góc Trendelenburg thuận/đảo: $+ \geq 25$ độ/ $- \geq 25$ độ
 - Góc nghiêng bàn sang 2 bên: $+ \geq 15$ độ/ $- \geq 15$ độ
 - Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng: $+ \geq 70$ độ/ $- \geq 40$ độ
 - Góc gập tư thế FLEX: $+ \geq 220$ độ
 - Góc gập tư thế REFLEX: $+ \geq 110$ độ
 - Trượt dọc: ≥ 310 mm
 - Tải trọng tối đa: ≥ 360 kg
- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố về phần mềm.
- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô-đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.
- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.
- Bàn mổ có thể xuống thấp các phẫu thuật tư thế thấp như mổ sọ não, sản khoa,...
- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.
- Vỏ trụ bàn, ray bàn và các lỗ cắm cho các tấm đỡ đều làm bằng thép không gỉ CrNi hoặc hơn.
- Bàn mổ thiết kế cho phép thiết lập tư thế bệnh nhân thuận và đảo.

- Nệm bàn mổ là loại nệm SFC giúp cho bệnh nhân được an toàn và thoải mái, tránh các biến chứng do hấp thụ và bức xạ nhiệt. Nệm được thiết kế hai lớp giúp phân phối lực đều giúp giảm các tổn thương do áp lực.
- Bàn mổ có khả năng trượt dọc giúp tăng không gian làm việc cho bác sĩ và cải thiện khả năng chụp X-Quang cho máy C-Arm giúp tăng khả năng chẩn đoán hình ảnh trong quá trình phẫu thuật.
- Tính năng khóa/mở nhanh, an toàn.
- Đế bàn làm bằng sợi thủy tinh ép chịu lực, chống va đập, chống nứt vỡ và chống ăn mòn, bề mặt phủ sơn chống xước.
- Vỏ trụ bàn làm bằng thép không gỉ CrNi hoặc hơn.
- Mặt bàn:
 - Mặt bàn được chia làm năm phần bao gồm tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng trên, tấm đỡ lưng dưới, tấm đỡ hông và tấm đỡ chân.
 - Mặt bàn thiết kế không có thanh kim loại nằm ngang cho phép chụp X quang trong quá trình phẫu thuật.
 - Tấm đỡ chân được điều khiển bằng động cơ.
 - Chiều dài mặt bàn: Khoảng 2.140 mm.
 - Chiều rộng mặt bàn không tính ray bàn: Khoảng 540 mm.
 - Chiều rộng mặt bàn có tính ray bàn: Khoảng 590 mm.
 - Chiều dài mặt bàn thấu xạ: ≥ 1.200 mm.

2. Bảng điều khiển cầm tay có cáp nối và bảng điều khiển phụ trên trụ bàn

❖ Bảng điều khiển cầm tay có các tính năng tối thiểu

- Bảng điều khiển cầm tay cho phép thiết lập tư thế bệnh nhân để phẫu thuật.
- Bảng điều khiển có đèn backlit giúp người dùng điều khiển trong các môi trường thiếu ánh sáng như phẫu thuật ít xâm lấn.
- Bảng điều khiển tích hợp các biểu tượng giúp người dùng dễ dàng phân biệt được các phím chức năng.
- Bảng điều khiển thiết kế có thể gắn vào ray bàn.
- Bảng điều khiển có các phím chức năng điều khiển bàn như điều khiển lên xuống, điều khiển nghiêng hai bên, điều khiển nghiêng tấm đỡ lưng.
- Bảng điều khiển có phím chức năng cân bằng theo chiều ngang.
- Có thông số góc nghiêng gồm góc nghiêng đầu bàn, góc nghiêng hai bên, góc nghiêng tấm đỡ lưng để đảm bảo bàn được thiết lập vị trí chính xác khi cần thiết.

Các tư thế phổ biến như FLEX/REFLEX được thiết lập sẵn trong bảng điều khiển, có thể gọi các vị trí này.

❖ Bảng điều khiển dự phòng có các tính năng tối thiểu

- Bảng điều khiển dự phòng dùng để điều khiển trong trường hợp khẩn cấp khi bảng điều khiển cầm tay hay phần mềm bàn bị lỗi.
- Bảng điều khiển có đèn báo điện lưới vào
- Bảng điều khiển có đèn báo trạng thái sạc pin
- Bảng điều khiển có các phím chức năng điều khiển bàn như điều khiển lên xuống, điều khiển nghiêng hai bên, điều khiển nghiêng tấm đỡ lưng.

3. Pin dự phòng

- Pin dự phòng được tích hợp sẵn trong bàn mổ có thể đáp ứng thời gian sử dụng lên tới một tuần làm việc trong trường hợp mất điện
- Pin sạc được sạc khi cắm dây nguồn vào ổ cắm điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

2. BÀN MỎ ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN THỦY LỰC (CTCH)

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
- Điện áp 220-240V, 50Hz.
- Nhà thầu dự thầu có giấy uỷ quyền bán hàng thỏa theo Thông tư 14/2020/TT-BYT.
- Thuộc phân nhóm thiết bị tối thiểu: Nhóm 6.
- Môi trường hoạt động:
 - Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
 - Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

Bàn mỏ đa năng điều khiển điện thủy lực và bộ phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho một thiết bị, bao gồm:

TT	Mô tả	Số lượng	ĐVT
1	Thân bàn bao gồm cột trụ bàn, mặt bàn thấu xạ; mặt bàn có thể trượt dọc	1	Bộ
2	Bảng điều khiển cầm tay có cáp nối và bảng điều khiển phụ trên trụ bàn	1	Bộ
3	Khung chắn màn gây mê kèm giá kẹp	1	Bộ
4	Bộ đỡ lưng, kèm nệm	1	Bộ
5	Bộ đỡ đầu, nghiêng được, kèm nệm	1	Bộ
6	Bộ đỡ tay có nệm (2 cái/01 bộ)	1	Bộ
7	Bộ đỡ chân, có thể tách rời, kèm nệm	1	Bộ
8	Ắc quy tích hợp sẵn trong trụ bàn	1	Bộ
9	Dây cáp nguồn	1	Bộ
10	Bộ đỡ tay thấu quang dùng cho phẫu thuật chi trên	1	Bộ
11	Bộ khung kéo chi dưới	1	Bộ
11.1	Bộ tiếp hợp gắn vào bàn mổ	1	Bộ
11.2	Thanh kéo	1	Cặp
11.3	Trục vít kéo	1	Chiếc
11.4	Giấy kéo	1	Cặp
11.5	Chân đỡ thanh kéo	2	Chiếc
11.6	Xe đẩy cho khung kéo, loại chính hãng	1	Chiếc

11.7	Gá kẹp	2	Cái
------	--------	---	-----

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Đặc tính chung thân bàn

- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.
 - Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ ≤ 600 mm đến ≥ 950 mm
 - Góc Trendelenburg thuận/đảo: $+ \geq 25$ độ/ $- \geq 25$ độ
 - Góc nghiêng bàn sang 2 bên: $+ \geq 15$ độ/ $- \geq 15$ độ
 - Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng: $+ \geq 70$ độ/ $- \geq 40$ độ
 - Góc gập tư thế FLEX: $+ \geq 220$ độ
 - Góc gập tư thế REFLEX: $+ \geq 110$ độ
 - Trượt dọc: ≥ 310 mm
 - Tải trọng tối đa: ≥ 360 kg
- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố về phần mềm.
- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô-đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.
- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.
- Bàn mổ có thể xuống các tư thế thấp như mổ sọ não, sản khoa,...
- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.
- Vỏ trụ bàn, ray bàn và các lỗ cắm cho các tấm đỡ đều làm bằng thép không gỉ CrNi hoặc hơn.
- Bàn mổ thiết kế cho phép thiết lập tư thế bệnh nhân thuận và đảo
- Nệm bàn mổ là loại nệm SFC giúp cho bệnh nhân được an toàn và thoải mái, tránh các biến chứng do hấp thụ và bức xạ nhiệt. Nệm được thiết kế hai lớp giúp phân phối lực đều giúp giảm các tổn thương do áp lực.
- Bàn mổ có khả năng trượt dọc giúp tăng không gian làm việc cho bác sỹ và cải thiện khả năng chụp X quang cho máy C arm giúp tăng khả năng chẩn đoán hình ảnh trong quá trình phẫu thuật
- Tính năng khóa/mở nhanh, an toàn
- Đế bàn làm bằng sợi thủy tinh ép chịu lực, chống va đập, chống nứt vỡ và chống ăn mòn, bề mặt phủ sơn chống xước.

- Vỏ trụ bàn làm bằng thép không gỉ CrNi hoặc hơn
- Mặt bàn:
 - Mặt bàn được chia làm năm phần bảo gồm tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng trên, tấm đỡ lưng dưới, tấm đỡ hông và tấm đỡ chân.
 - Mặt bàn thiết kế không có thanh kim loại nằm ngang cho phép chụp X quang trong quá trình phẫu thuật
 - Chiều dài mặt bàn: Khoảng 2140 mm
 - Chiều rộng mặt bàn không tính ray bàn: Khoảng 540 mm
 - Chiều rộng mặt bàn có tính ray bàn: Khoảng 590 mm
 - Chiều dài mặt bàn thấu xạ: ≥ 1.200 mm

2. Bảng điều khiển cầm tay có cáp nối và bảng điều khiển phụ trên trụ bàn

❖ Bảng điều khiển dự phòng có các tính năng tối thiểu

- Bảng điều khiển dự phòng dùng để điều khiển trong trường hợp khẩn cấp khi bảng điều khiển cầm tay hay phần mềm bàn bị lỗi.
- Bảng điều khiển có đèn báo điện lưới vào
- Bảng điều khiển có đèn báo trạng thái sạc pin
- Bảng điều khiển có các phím chức năng điều khiển bàn như điều khiển lên xuống, điều khiển nghiêng hai bên, điều khiển nghiêng tấm đỡ lưng

❖ Bảng điều khiển cầm tay có các tính năng tối thiểu

- Bảng điều khiển cầm tay cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập tư thế bệnh nhân để phẫu thuật.
- Bảng điều khiển có đèn backlit giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong các môi trường thiếu ánh sáng như phẫu thuật ít xâm lấn.
- Bảng điều khiển tích hợp các biểu tượng giúp người dùng dễ dàng phân biệt được các phím chức năng
- Bảng điều khiển thiết kế có thể gắn vào ray bàn
- Bảng điều khiển có các phím chức năng điều khiển bàn như điều khiển lên xuống, điều khiển nghiêng hai bên, điều khiển nghiêng tấm đỡ lưng.
- Bảng điều khiển có phím chức năng cân bằng theo chiều ngang
- Có thông số góc nghiêng gồm góc nghiêng đầu bàn, góc nghiêng hai bên, góc nghiêng tấm đỡ lưng để đảm bảo bàn được thiết lập vị trí chính xác khi cần thiết. Các tư thế phổ biến như FLEX/REFLEX được thiết lập sẵn trong bảng điều khiển, có thể gọi các vị trí này

3. Pin dự phòng

- Pin dự phòng được tích hợp sẵn trong bàn mổ có thể đáp ứng thời gian sử dụng lên tới một tuần làm việc trong trường hợp mất điện
- Pin sạc được sạc khi cắm dây nguồn vào ổ cắm điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số/TM-BVĐHYD của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)