

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: ~~1438~~/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp các hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa thiết bị y tế và cung cấp linh kiện theo máy
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 03 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 28/07/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Phạm Đức Minh Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J17-092-nnlan) (2).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1418/BVĐHYD-VTTB ngày 21 tháng 01 năm 2022)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thay thế board CPU - Sensor của dao mổ điện cao tần Erbe (Model VIO 300S, SN 11390189)	Thay thế board CPU - Sensor của dao mổ điện cao tần Erbe (Model VIO 300S, SN 11390189) - Tương thích với dao mổ điện cao tần Erbe VIO 300S - Máy hoạt động ổn định, đầy đủ các chức năng chuyên môn sau khi được thay linh kiện - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng	Cái	1
2	Sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy đo thính lực chẩn đoán Aventis (Model Piano, SN AU1CE20223914)	- Thay thế đầu khối rung và loa insert masking cho máy đo thính lực chẩn đoán Aventis (Model Piano, SN AU1CE20223914) - Cân chỉnh thông số kỹ thuật cho máy - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy đo thính lực chẩn đoán sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn.	Gói	1
3	Thay thế linh kiện cho máy đo nhĩ lượng Aventis (Model Clarinet, SN 1M1CG20223921)	- Thay thế đầu đo nhĩ lượng cho máy đo nhĩ lượng Aventis (Model Clarinet, SN 1M1CG20223921) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy đo nhĩ lượng sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn.	Cái	1
4	Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge (Model HS6617ER-2, SN 2113060-010-01)	- Thay thế piston đóng mở, khóa cửa buồng tiệt khuẩn cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge (Model HS6617ER-2, SN 2113060-010-01) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn.	Cái	1
5	Sửa chữa bo mạch nguồn, bo mạch cao áp và thay bóng đèn Xenon mới cho nguồn sáng Xenon 300W Karl Storz (SN EA0653373)	- Sửa chữa bo mạch nguồn và bo mạch cao áp của nguồn sáng Xenon 300W Karl Storz (SN EA0653373) - Thay bóng đèn Xenon mới - Cân chỉnh và vệ sinh máy - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Nguồn sáng lạnh sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn.	Gói	1
6	Thay thế linh kiện cho máy bơm bóng đối xung Arrow (Model Autocat2, SN 100120V)	- Thay máy bơm và pin sục cho máy bơm bóng đối xung Arrow (Model Autocat2, SN 100120V) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy bơm bóng đối xung sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn.	Cái	1