

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn tương thích máy Prismaflex

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM- Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 9 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 08/02/2023

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.39525243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram) (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn

✓ M020

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT QUẢ LỌC TÁCH HUYẾT TƯƠNG VÀ BỘ DÂY DẪN TƯƠNG THÍCH MÁY PRISMAFLEX

(Đính kèm thư mời chào giá số 252/BVĐHYD-VTTB ngày 08 tháng 02 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn tương thích máy Prismaflex	Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng Polypropylene - Diện tích bề mặt màng lọc 0.35m ² - Thể tích máu trong sợi lọc 41 ml ±10% - Thể tích máu khoảng 125ml - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt) 330µm, độ dày thành sợi lọc 150 µm. - Thể tích máu của cả quả lọc: 127ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100ml/ phút. - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/ phút - Tương thích máy Prismaflex - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	3	Bộ	8

Handwritten signature

