

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 4441.../BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 19./9./2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



BM:CVĐT.01(1)

giu cam

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số ~~4441~~/BVDHYD-VTTB ngày .05../.9.../2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn	1. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu - Cung cấp vật tư, dụng cụ đi kèm để phục vụ vận hành thử (tối thiểu 10 bộ) 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bàn đạp điều khiển: 01 cái - Kính bảo vệ mắt: 03 cái - Vali đựng máy: 01 cái - Xe đẩy máy chính: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Thiết bị phù hợp để điều trị tối thiểu các bệnh lý rò hậu môn, trĩ - Sử dụng công nghệ laser diode với 2 bước sóng $980\text{ nm} \pm 30\text{ nm}$ và $1470\text{ nm} \pm 30\text{ nm}$, có thể phát riêng lẻ hoặc kết hợp 2 bước sóng - Công suất nguồn phát laser tối đa: - Kết hợp 2 bước sóng $\geq 45\text{ W}$ - Từng bước sóng riêng lẻ: - Bước sóng 980 nm: $\geq 30\text{ W}$ - Bước sóng 1470 nm: $\geq 15\text{ W}$ - Trọng lượng của máy chính $\leq 13\text{ kg}$ - Đèn LED và âm thanh cảnh báo tích hợp trên máy chính khi phát laser - Công tắc dừng khẩn cấp tích hợp trên máy chính - Chế độ phát laser tối thiểu: xung, liên tục - Máy chính tích hợp màn hình hiển thị màu và điều khiển bằng chức năng cảm ứng: - Chọn chế độ phát laser	Cái	01

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Chọn công suất phát trên mỗi bước sóng laser (kết hợp 2 bước sóng hoặc từng bước sóng riêng lẻ) + Chọn bước sóng và cường độ của chùm tia dẫn đường + Chọn thời gian phát laser, thời gian giữa 2 lần phát laser theo chế độ xung + Hiển thị thông tin của sợi đốt laser khi được kết nối với máy chính + Hiển thị thông tin bước sóng và công suất hoạt động + Hiển thị thông tin mức năng lượng và thời gian phát laser cho mỗi lần điều trị - Các thông số tại chế độ phát laser xung: + Số xung tối đa: ≥ 90 xung + Thời gian phát mỗi xung từ $\leq 0,01$ giây đến ≥ 10 giây + Thời gian nghỉ giữa mỗi xung từ $\leq 0,01$ giây đến ≥ 10 giây - Xe đẩy máy chính: + Vật liệu: inox 304 + Kích thước (dài $\times$ rộng): ≤ 500 mm $\times$ ≤ 500 mm + 04 bánh xe di chuyển kèm khóa cố định vị trí cho mỗi bánh xe		
2	Bộ sợi đốt laser điều trị trĩ	1. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau 2. Yêu cầu về cấu hình - Van mở hậu môn chất liệu bằng nhựa: 01 cái - Tay cầm cố định đầu đốt: 01 cái - Sợi quang: 01 cái 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Đóng gói tiệt khuẩn - Sợi quang kết nối đồng bộ với máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn (danh mục số 1) - Đường kính ngoài của sợi quang ≤ 2 mm	Bộ	300

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chiều dài sợi quang ≥ 2 m, với thiết kế các vạch đánh dấu độ dài tại đầu đốt của sợi quang - Chùm tia laser phát ra hình chóp nón tại đầu đốt của sợi quang		
3	Bộ sợi đốt laser điều trị rò hậu môn	1. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau 2. Yêu cầu về cấu hình - Van mở hậu môn chất liệu bằng nhựa: 01 cái - Sợi silicone: 01 cái - Sợi quang: 01 cái 3. Chỉ tiêu kỹ thuật - Đóng gói tiệt khuẩn - Đường kính trong của sợi silicone $\geq 2,1$ mm - Sợi quang kết nối đồng bộ với máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn (danh mục số 1) - Đường kính ngoài của sợi quang ≤ 2 mm - Đường kính trong của sợi quang ≤ 600 μm - Chiều dài sợi quang ≥ 2 m, với thiết kế các vạch đánh dấu độ dài tại đầu đốt của sợi quang - Chùm tia laser phát ra hình tròn 360° xung quanh đầu đốt của sợi quang	Bộ	30

Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.

Y
NH V
HOC
HOC
HOC

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn			Đính kèm phụ lục			Cái	01							
2	2	Bộ sợi đốt laser điều trị trĩ						Bộ	300							
3	3	Bộ sợi đốt laser điều trị rò hậu môn						Bộ	30							



CA

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy đốt laser điều trị bệnh trĩ và rò hậu môn		Cái	1											
2	Bộ sợi đốt laser điều trị trĩ		Bộ	300											
3	Bộ sợi đốt laser điều trị rò hậu môn		Bộ	30											

